

# Anti Virus Dell'epatite B (HBeAg)

Numero articolo: HBeAg

## introduzione

Scoprite i prodotti anti virus dell'epatite B (HBeAg) per i test LF ed ELISA. Alta specificità e purezza. Anticorpo monoclonale da ascite di topo. Ordina ora!

[Ulteriori informazioni](#)

Caratteristiche	Descrizione del prodotto
Nome del prodotto	Anti virus dell'epatite B (HBeAg)
Applicazione	LF / ELISA
Forma/Aspetto	Purificato da ascite di topo mediante cromatografia con proteina A
Concentrazione	≥ 1 mg/ml
Isotipo	IgG1
Clonalità	Monoclonale
Purezza	≥ 90%
Tampone	Tampone fosfato 0,01M, pH 7,2, contenente lo 0,1% di sodio azide.
Reattività crociata	Non determinata
Specificità	Antigene "e" dell'epatite B

Condizione	Descrizione
Conservazione	2-8°C o -20°C. Evitare il congelamento. Al massimo un congelamento durante lo stoccaggio.
Spedizione	Confezioni fredde
Durata di conservazione	Quattro anni dalla data di produzione

Indicatore	Criteri di accettazione
Aspetto della confezione	La scatola di imballaggio esterna del prodotto, il sacchetto di imballaggio in foglio di alluminio devono essere completi e senza danni.
Aspetto della striscia reattiva	Pulito e piatto, senza bave, senza danni, senza inquinamento; materiale fissato saldamente.
Larghezza della striscia di prova	La larghezza non deve superare $\pm 0,20$ mm del valore nominale, con un valore nominale di 4,00 mm.
Velocità di migrazione	La velocità di migrazione del liquido non deve essere inferiore a 10 mm/min.
Limite minimo di rilevazione (HBeAg)	I risultati devono soddisfare i requisiti quando vengono testati con il limite minimo di rilevazione nazionale dell'HBeAg o con il limite minimo di rilevazione aziendale standardizzato dal riferimento nazionale.
Precisione (HBeAg)	La deviazione relativa dei risultati di misurazione non deve superare il 20% quando si utilizza come campione il riferimento di accuratezza nazionale o il riferimento di accuratezza aziendale standardizzato dal riferimento nazionale.
Tasso di concordanza dei riferimenti positivi (HBeAg)	Il tasso di concordanza (+/+) non deve essere inferiore a 9/10 quando si testano 10 riferimenti nazionali positivi all'HBeAg o riferimenti aziendali positivi standardizzati da riferimenti nazionali positivi.
Tasso di concordanza dei riferimenti negativi (HBeAg)	Il tasso di concordanza (-/-) deve essere di 15/15 quando si analizzano 15 riferimenti negativi nazionali HBeAg o riferimenti negativi aziendali standardizzati da riferimenti negativi nazionali.
Ripetibilità	Il coefficiente di variazione (CV) non deve essere superiore al 15% misurando ripetutamente 10 volte con il riferimento di precisione nazionale HBeAg o con il riferimento di precisione aziendale standardizzato dal riferimento nazionale.
Precisione inter-lotto	Il coefficiente di variazione inter-lotto (CV) non deve essere superiore al 15% quando si testano tre lotti di kit, ciascuno ripetuto 10 volte, con il riferimento di precisione nazionale HBeAg o il riferimento di precisione aziendale standardizzato dal riferimento nazionale.
Stabilità	Se conservato a 4-30°C in un sacchetto di alluminio sigillato e testato con prodotti entro 1 mese dalla data di scadenza, i risultati del test dovrebbero soddisfare i requisiti degli altri indicatori di prestazione.